Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Gorzów Wlkp., 2026-10-15

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP pn.: **Dostawa lampy operacyjnej, kolumny chirurgicznej i kolumny anestezjologicznej.**
Nr sprawy: **DZPU.2632.48.2026**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną: ustawą Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione do treści SIWZ:

1 Pytania, które wpłynęły w dniu 09-10-2026.:

W celu prawidłowego określenia zakresu prac i skalkulowania ceny oferty prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii. Prosimy o odrębną odpowiedź na każde pytanie, ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie i finansowanie poszczególnych prac. Jeżeli warunki montażu obu kolumn są różne, prosimy o podanie informacji osobno dla każdej z nich.

PAKIET NR 2

1. **Podłączenie instalacji gazów medycznych**
   a. W odniesieniu do pkt 1.1 i 2.1 załącznika nr 2.1 prosimy o wskazanie, kto wykona i poniesie koszty podłączenia instalacji szpitalnej do płyt interfejsowych kolumn metodą lutowania twardego: Zamawiający, podmiot działający na jego zlecenie czy Wykonawca dostarczający kolumny.
   b. Czy istniejące instalacje gazów medycznych, próżni oraz odciągu gazów po anestetycznych są doprowadzone do miejsc montażu i przygotowane do podłączenia oferowanych urządzeń?
   c. Jeżeli doprowadzenie, przebudowa lub podłączenie instalacji ma należeć do Wykonawcy, prosimy o podanie zakresu prac, lokalizacji istniejących przyłączy, długości i średnic przewodów oraz parametrów dostępnych mediów. Prosimy również o wskazanie, kto odpowiada za wyłączenie i ponowne uruchomienie instalacji oraz wymagane próby, badania i odbiory po wykonaniu podłączeń.

   Odpowiedź:
   Ad. 1a Wykonawca
   Ad. 1b Tak
   Ad. 1c nie dotyczy

2. **Instalacje elektryczne, teleinformatyczne oraz połączenia HDMI i SDI**
   W odniesieniu do pkt 1.16–1.20 i 2.16–2.20 załącznika nr 2.1 prosimy o wskazanie, kto wykona i sfinansuje doprowadzenie do miejsca montażu każdej kolumny wymaganej liczby niezależnych obwodów elektrycznych, przewodów Ethernet oraz instalacji wyrównania potencjałów.
   Odpowiedź:
   Zamawiający ma doprowadzić okablowanie do sali operacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować przewody w kolumnie.

   Czy istniejące instalacje zapewniają obsługę minimum 4 niezależnych obwodów elektrycznych i minimum 6 gniazd RJ45 dla każdej kolumny? Prosimy o podanie liczby dostępnych obwodów i przewodów oraz sposobu ich zakończenia.
   Odpowiedź: Tak potwierdzamy

Prosimy również o doprecyzowanie wymagań dotyczących gniazd HDMI i SDI w obu kolumnach:

a. Czy wymagane jest dostarczenie gniazd wraz z kompletnym okablowaniem wewnętrznym kolumn, czy także wykonanie połączeń do urządzeń lub punktów przyłączeniowych poza kolumnami?
b. Kto odpowiada za dostarczenie, przeciągnięcie i podłączenie kabli HDMI oraz SDI wewnątrz kolumn i ich ramion, a kto za poprowadzenie tych kabli od kolumn do docelowych urządzeń lub punktów przyłączeniowych?
c. Prosimy o wskazanie lokalizacji punktów docelowych, długości i przebiegu tras kablowych oraz wymaganych standardów transmisji, rozdzielczości sygnału i typów złączy HDMI oraz SDI. Czy istnieją przygotowane drogi kablowe umożliwiające przeciągnięcie przewodów?

Odpowiedź:
Ad. a, b, c Zamawiający wymaga dostarczenia gniazd bez okablowania wewnętrznego

Jeżeli wykonanie lub rozbudowa instalacji zewnętrznych ma należeć do Wykonawcy, prosimy o udostępnienie danych niezbędnych do wyceny, w szczególności tras i długości przewodów, wymaganych parametrów zasilania, zabezpieczeń i okablowania sieciowego oraz zakresu prac w rozdzielnicach i szafach teletechnicznych. Prosimy także o wskazanie odpowiedzialności za pomiary, sprawdzenie poprawności działania połączeń i odbiory wykonanych instalacji.
Odpowiedź: nie dotyczy

3. Prace przy suficie podwieszanym i zachowanie gwarancji

a. Prosimy o wskazanie, kto wykona i poniesie koszty otwarcia lub demontażu sufitu podwieszanego w sali operacyjnej, wykonania otworów i wycięć potrzebnych do montażu kolumn oraz późniejszego odtworzenia i uszczelnienia sufitu.
b. Jeżeli prace te mają należeć do Wykonawcy, prosimy o podanie rodzaju i konstrukcji sufitu, wysokości przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym oraz wymagań dotyczących odtworzenia sufitu, w tym szczelności i warunków higienicznych. Prosimy również o udostępnienie informacji o instalacjach znajdujących się w obszarze montażu i ewentualnych kolizjach wymagających ich przełożenia.
c. Czy sufit podwieszany jest objęty gwarancją? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie warunków ingerencji w sufit oraz potwierdzenie, że wykonanie przez Wykonawcę prac montażowych zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez Zamawiającego nie będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy roszczeniami z tytułu utraty gwarancji na sufit.
d. Jeżeli zachowanie gwarancji wymaga wykonania prac przez producenta sufitu, jego autoryzowany serwis lub inny uprawniony podmiot, prosimy o wskazanie tych wymagań oraz określenie, kto zapewni udział tego podmiotu i pokryje koszty jego prac.

Odpowiedź:
Ad. a - Wykonawca
Ad.b- Strop żelbetowy, wysokość przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem konstrukcyjnym 40 cm;
Ad. c. - Tak, możliwość montażu bez skutków obciążenia Wykonawcy
Ad. d. - nie dotyczy

4. Konstrukcja stropu i ewentualne wzmocnienie

a. Prosimy o podanie rodzaju, materiału i grubości stropu konstrukcyjnego w miejscach planowanego montażu obu kolumn oraz udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej i dostępnych informacji o jego nośności.
b. Czy miejsca montażu posiadają przygotowane konstrukcje wsporcze lub mocowania? Czy Zamawiający dysponuje oceną możliwości zamocowania kolumn bez dodatkowego wzmocnienia stropu? Jeżeli tak, prosimy o jej udostępnienie.
c. Prosimy o wskazanie, kto odpowiada za ocenę nośności stropu, opracowanie projektu ewentualnego wzmocnienia lub konstrukcji wsporczej oraz wykonanie i sfinansowanie tych prac. Jeżeli obowiązki te mają należeć do Wykonawcy, prosimy o udostępnienie danych konstrukcyjnych i określenie zakresu prac umożliwiających ich wycenę przed złożeniem oferty.

Odpowiedź:
Ad. a, b, c – zgodnie z SWZ

5. Wydłużenie terminu dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy określonego w pkt 3.1 SWZ z 7 do 30 dni od dnia zawarcia umowy, a jeżeli nie — do co najmniej 14 dni?
Wniosek uzasadniamy koniecznością przygotowania urządzeń w wymaganej konfiguracji oraz organizacji transportu i prac montażowych. Prosimy o odpowiednią zmianę SWZ oraz projektu umowy.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wydłużenie do 14 dni

6. **Termin instalacji i montażu oraz prace dodatkowe**
   a. Jeżeli zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje również doprowadzenie lub przebudowę instalacji, ingerencję w sufit podwieszany albo wykonanie wzmocnień stropu, prosimy o ustalenie odrębnego terminu zakończenia instalacji i montażu, uwzględniającego czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia, wykonanie tych prac oraz wymagane odbiory.
   b. Prosimy o wskazanie, jaki termin Zamawiający przewiduje na realizację powyższego zakresu, oraz o odpowiednią zmianę dokumentacji zamówienia.
   c. Jeżeli przygotowanie miejsca montażu lub części instalacji należy do Zamawiającego bądź podmiotów działających na jego zlecenie, prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym termin instalacji i montażu będzie liczony od udostępnienia Wykonawcy przygotowanego miejsca i wymaganych przyłączy.
   d. Prosimy również o wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu realizacji o czas trwania przeszkód niezależnych od Wykonawcy oraz czas niezbędny na wznowienie i zakończenie prac, w szczególności w przypadku opóźnienia prac po stronie Zamawiającego.

   Odpowiedź:
   Ad. a, b, c, d – zgodnie z odpowiedzią na pkt. 5

7. **Obniżenie kar umownych**
   a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawek kar umownych przewidzianych w projekcie umowy za przekroczenie terminów dostawy, instalacji i montażu oraz na naliczanie tych kar od wartości brutto urządzenia lub części zamówienia, której dotyczy zwłoka, zamiast od wartości całej umowy?
   b. Prosimy o wskazanie zaakceptowanych stawek oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do projektu umowy.
   c. Czy Zamawiający wyrazi również zgodę na ustalenie łącznego limitu kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy?
   d. Prosimy ponadto o wprowadzenie zapisu wyłączającego naliczanie kar za przekroczenie terminów w zakresie wynikającym z przeszkód niezależnych od Wykonawcy, w szczególności nieprzygotowania miejsca montażu lub instalacji przez Zamawiającego.

   Wniosek uzasadniamy potrzebą dostosowania wysokości kar do zakresu naruszenia oraz uwzględnienia zależności prac montażowych od przygotowania infrastruktury szpitalnej.
   Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje obecne zapisy treści projektu umowy.

2 Pytania, które wpłynęły w dniu 12-10-2026.:

PAKIET NR 2 - K**olumna chirurgiczna i anestezjologiczna.**

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny mocowanej do stropu za pomocą dedykowanego do tego zawiesia.
   Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z treścią SWZ.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny wyposażonej w pionową konsolę nośną, będącą praktyczniejszym rozwiązaniem niż pozioma, mogącym w przyszłości być rozszerzonym w np. w półki lub drążki boczne i wieszaki
   Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z treścią SWZ.

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półki mocowanej do konsoli o wymiarach 400 x 350 mm
    Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z treścią SWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu kolumn oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.
    Odpowiedź: Media są wyprowadzone

12. Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego rodzaju strop jest zastosowany w pomieszczeniach, gdzie przewidziana jest instalacja kolumny (materiał stropu, technologia wykonania, nośność pozwalają na podwieszenie kolumn, wymiary).
    Odpowiedź: Strop twardy żelbeton, 2,90 cm wysokości.

13. Czy istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się dokładnie nad miejscem instalacji kolumny, w celu posadowienie płyty stropowej. Jeżeli jest, to czy istnieje możliwość montażu w tym pomieszczeniu płyty w posadzce?
    Odpowiedź: Nie ma dostępu.

14. Prosimy Zamawiającego o informację czy w miejscu wyznaczonym do instalacji kolumny, poprowadzone są rurociągi, przewody elektryczne, kanały wentylacyjne lub sieć przeciw pożarowa.
Odpowiedź: Tak.

15. Prosimy Zamawiającego o informacje czy w pomieszczeniu instalacji kolumny zamontowane są sufity podwieszane, jeżeli tak to na jakiej wysokości i czy zainstalowane są w nim anemostaty (nawiewniki) lub czy zamontowany jest tam strop laminarny.
Odpowiedź: Sufity podwieszany - tak, oraz odciąg laminarny w stropie

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **22-10-2026r.;** składanie ofert do godz10:00.
Otwarcie w tym samym dniu o godz. 10.30.

Wobec powyższego, zmianie ulegają również odpowiednie zapisy pkt. 13.2 i pkt. 13.4 SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Punkt 12.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **20-11-2026r**., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert."

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Załącznik do pisma:
W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmieniony **załącznik nr 3** (projekt umowy) do SWZ uwzględniający wprowadzone zmiany.

ZAMAWIAJĄCY