Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Gorzów Wlkp., 2026-10-15

(2)

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP pn.: **Dostawa lampy operacyjnej, kolumny chirurgicznej i kolumny anestezjologicznej.**
Nr sprawy: **DZPU.2632.48.2026**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną: ustawą Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione do treści SIWZ:

1 Pytania, które wpłynęły w dniu 12-10-2026.:

PAKIET NR 1 - Lampa operacyjna.

1. **Pytanie do punktu 2**
   Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną dwuczaszową, zamocowaną na ramionach dwuczęściowych z ramionami uchylnymi, której ramiona sztywne mają długość 850 mm i 700 mm zamiast wymaganych 900 mm i 1050 mm (±10 mm)?
   Długość krótszych ramion sztywnych jest kompensowana przez dłuższe ramiona uchylne, co zapewnia duży zakres regulacji położenia czasz w pionie. Rozwiązanie to ułatwia dostosowanie ustawienia lampy do wysokości stołu operacyjnego, miejsca zabiegu oraz pozycji zespołu operacyjnego.
   Odpowiedź:
   Zamawiający utrzymuje obecne zapisy treści SWZ.

2. **Pytanie do punktu 14**
   Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z płynną regulacją temperatury barwowej w zakresie 3600–5400 K zamiast wymaganego zakresu 3500–5000 K?
   Proponowany zakres regulacji ma większą rozpiętość. Płynna regulacja umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury barwowej do preferencji użytkownika, bez ograniczenia do kilku z góry ustalonych poziomów.
   Odpowiedź:
   Zamawiający utrzymuje obecne zapisy treści SWZ.

3. **Pytanie do punktu 22**
   Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z płynną regulacją średnicy pola świetlnego d10 z odległości 1 m w zakresie 18–34 cm, z możliwością zapamiętywania preferowanych ustawień, zamiast wymaganego zakresu 16–25 cm?
   Proponowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie większego pola świetlnego do oświetlania rozleglejszego obszaru zabiegowego, przy zachowaniu możliwości zmniejszenia jego średnicy do 18 cm. Płynna regulacja ułatwia dopasowanie wielkości pola do potrzeb danego zabiegu, a funkcja pamięci pozwala szybko nastawić zapamiętanie preferowane ustawienia.
   Odpowiedź:
   Zamawiający utrzymuje obecne zapisy treści SWZ.

4. **Pytanie do punktu 25**
   Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o głębokości oświetlenia L1+L2 wynoszącej 150 cm przy progu 20% natężenia centralnego oraz 85 cm przy progu 60%, zamiast wymaganych odpowiednio 190 cm i 117 cm?
   Proponowana lampa zapewnia jednocześnie wysokie współczynniki oddawania barw: Ra = 99, R9 = 99 oraz R13 = 99. Parametry te sprzyjają wiernemu odwzorowaniu kolorów oświetlanego pola, w tym barwy czerwonej, co stanowi dodatkową zaletę proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje obecne zapisy treści SWZ.

2 Pytania, które wpłynęły w dniu 15-10-2026.:

5. **Dotyczy pakiet 2 pkt 1.22 Kolumna chirurgiczna**
Czy Zamawiający będzie wymagał w celu weryfikacji poprawności zaproponowanej kolumny i opisanych parametrów **wraz z ofertą** dokumentu potwierdzającego do opisanej konfiguracji projektu lub potwierdzonego przez producenta rysunku technicznego przedstawiającego najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący – schemat, siły działające na strop, media, zwymiarowanie od podłogi do elementów kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odległości ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli kolumny z uwzględnieniem akcesoriów i wszystkich mediów – prądy niskie i wysokie oraz gazy. Nośności kolumn oraz pozostałe elementy, które mogą potwierdzić spełnienie oczekiwań Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem w SWZ w/w dokumentów będzie wymagał po podpisaniu umowy.

6. **Dotyczy pakiet 2 pkt 2.22 Kolumna anestezjologiczna**
Czy Zamawiający będzie wymagał w celu weryfikacji poprawności zaproponowanej kolumny i opisanych parametrów **wraz z ofertą** dokumentu potwierdzającego do opisanej konfiguracji projektu lub potwierdzonego przez producenta rysunku technicznego przedstawiającego najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący – schemat, siły działające na strop, media, zwymiarowanie od podłogi do elementów kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odległości ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli kolumny z uwzględnieniem akcesoriów i wszystkich mediów – prądy niskie i wysokie oraz gazy. Nośności kolumn oraz pozostałe elementy, które mogą potwierdzić spełnienie oczekiwań Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem w SWZ w/w dokumentów będzie wymagał po podpisaniu umowy.

7. **Dotyczy pakiet 1 pkt29 lampa operacyjna**
Czy Zamawiający będzie wymagał w celu weryfikacji poprawności zaproponowanej lampy operacyjnej i opisanych parametrów **wraz z ofertą** dokumentu potwierdzającego do opisanej konfiguracji projektu lub potwierdzonego przez producenta rysunku technicznego przedstawiającego najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący – schemat, siły działające na strop, media, zwymiarowanie od podłogi do elementów lampy: ramie nr 1, ramie nr 2, odległości ramion od stropu podwieszonego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem w SWZ w/w dokumentów będzie wymagał po podpisaniu umowy.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY