Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Bank Gospodarstwa Krajowego: 44 1130 1088 0001 3108 3620 0001
Kapitał zakładowy: 52 mln 715 tys. zł w całości opłacony

CERTYFIKAT 2025/1
NOBLE CERT
PN-EN ISO 9001
CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Rawicz dnia 21.09.2026 r.

NLO-3820-06/PN/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **: „Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku”**

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2
Część nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniule z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi, z plastikowym zabezpieczeniem w zupełności spełniającym swoją funkcję, z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniach, w rozmiarach i o przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼ "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¼"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¼"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¼"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¼"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

, spełniające pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wskazanego produktu. Oferowana kaniula nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów.

Pytanie nr 3
Część nr 1, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1um?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pytanie nr 4
Część nr 1, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd z samozatrzaskową zatyczką bez zastawki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pytanie nr 5
Część nr 1, pozycja 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasadek w 2 rozmiarach: 13mm i 20mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg 3 rozmiarów.

Pytanie nr 6
Część nr 4, pozycja 2,4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych w rozmiarze S, M dla dzieci i noworodków, spełniające pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7
Część nr 5, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'50 szt. oraz wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8
Część nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru 112x25?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg szerokość 115.

Pytanie nr 9
Część nr 10, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru 57x30?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg szerokość 50mm.

Pytanie nr 10
Część nr 10, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru inaczej pakowanego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11
Część nr 10, pozycja 6
Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych gwarantujących najwyższą jakość i trwałość wydruku?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12
Część nr 10, pozycja 11
Czy Zamawiający oczekuje pasty ściernej do naskórka?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13
Część nr 10, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'10 szt oraz wycenę za opakowanie a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14
Część nr 10, pozycja 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie markera chirurgicznego klasy I sterylnej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15
Część nr 10, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści cewnik foley'a w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3 ml, reszta zgodna z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16
Część nr 11, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki wyłącznie w rozmiarze CH 6-18?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17
Część nr 11, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH6-10 o długości 40cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18
Część nr 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 200cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19
Część nr 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze wyłącznie w rozmiarze 21G i 23G?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 20
Część nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach: 0,45x12mm, 0,45x22mm, 0,50x20mm, 0,5x25mm, 0,60x30mm, 0,70x30mm, 0,80x25mm, 0,80x40mm, 0,90x40mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące rozmiarów.

Pytanie nr 21
Część nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22
Część nr 13, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wyłącznie w rozmiarach: 1,1x40mm i 1,2x40mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące rozmiarów.

Pytanie nr 23
Część nr 13, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach: 0,7x50mm, 0,8x50mm, 0,9x40mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące rozmiarów.

Pytanie nr 24
Część nr 13, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie w rozmiarze 0,33x12mm i 0,30x8mm, Barwiona nasadka oraz papierowa nakładka opakowania ułatwiają szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, nazwa na jednostkowym opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące rozmiarów.

Pytanie nr 25
Część nr 13, pozycja 6-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z zielonym kontrastującym tłokiem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26
Część nr 13, pozycja 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z polipropylenowym cylindrem oraz polietylenowym tłokiem?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące materiału z jakiego wykonana jest strzykawka.

Pytanie nr 27
Część nr 13, pozycja 8, 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek 50ml z rozszerzeniem do 60ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28
Część nr 13, pozycja 8, 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu a’25 sztuk ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29
Część nr 13, pozycja 8, 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z jednostronną skalą w z tłokiem z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczące wyposażenia strzykawki w skalę pomiarową umieszczoną po obu stronach cylindra.

Pytanie nr 30
Część nr 13, pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł wyłącznie w rozmiarach: 22/40, 20/90?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący rozmiaru G20/40mm

Pytanie nr 31
Część nr 13, pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarach:G22/90, G20/90, G18/90, G25/90, G26/90?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32
Część nr 13, pozycja 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów bez ftalanów z nazwą Producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg umieszczenia nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie.

Pytanie nr 33
Część nr 13, pozycja 15
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w OPZ, zgodnie z którym oferowany przyrząd jako całość ma być pozbawiony PVC, a spełnienie tego wymogu ma być potwierdzone oświadczeniem producenta.

Pytanie nr 34
Część nr 13, pozycja 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów z komorą o długości całkowitej 60mm (55mm w części przezroczystej) oraz igłą ściętą czteropłaszczyznowo?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące długości komory i budowy igły.

Pytanie nr 35
Część nr 13, pozycja 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli wykonanych z poliuretanu, 4 paskami rtg, występujące w rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x ¾''	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x ¾''	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1''	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼''	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾''	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾''	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾''	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾''	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli wykonanej z poliuretanu.

Pytanie nr 36
Część nr 13, pozycja 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków w opakowaniu a'100 szt. oraz ich odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koreczków dostarczanych oddzielnie.

Pytanie nr 37
Część nr 13, pozycja 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38
Część nr 13, pozycja 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę opakowanie a'25 0 szt. oraz wycenę koreczków w opakowaniu a'250 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39
Część nr 13, pozycja 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kraników tylko w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40
Część nr 13, pozycja 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezigłowych łączników dostępu żylnego z czasem użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, z objętością wypełnienia 0,09ml oraz z wysokim przepływem 350 ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący liczby aktywacji.

Pytanie nr 41
Część nr 13, pozycja 21
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na cytostatyki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg odporności na cytostatyki.

Pytanie nr 42
Część nr 13, pozycja 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli wykonanej z FEP, spełniającej pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z FEP.

Pytanie nr 43
Część nr 13, pozycja 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 22G w rozmiarze 0,9x25, spełniającej pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący rozmiaru kaniuli.

Pytanie nr 44
Część nr 13, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania wyłącznie w rozmiarze 1,2x40 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący rozmiarów.

Pytanie nr 45
Część nr 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; kieszonką na palec wiodący (przedstawiona na obrazku) niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy:



?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący portu do pobierania próbek stolca oraz wymóg dotyczący czystości biologicznej.

Pytanie nr 46
Część nr 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowymmpochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący czystości biologicznej.

Pytanie nr 47
Część nr 28, pozycja 3
Czy Zamawiający oczekuje wzierników do otoskopu Welch Allyn wyłącznie w rozmiarze 2,75mm i 4,25mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 48
Część nr 28, pozycja 4-5
Czy Zamawiający oczekuje tych samych wzierników dousznych co w pozycji 3?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wziernika w rozmiarze 3,6mm oraz 3,0mm.

Pytanie nr 49
Część nr 28, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wzierniki douszne Welch Allyn w rozmiarze 4,25mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50
Część nr 28, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wzierniki douszne Welch Allyn w rozmiarze 2,75mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51
Część nr 32, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'300 szt. oraz wycenę za op. a'300 szt. wraz z przeliczeniem wymagane ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52
Część nr 32, poz. 2-3
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'100 szt. oraz wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem wymagane ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53
Część nr 32, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'120 szt. oraz wycenę za op. a'120 szt. wraz z przeliczeniem wymagane ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54
Część nr 38, pozycja 1
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego numeru ostrzy wymagany jest uchwyt?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga uchwytu nr 3.

Pytanie nr 55
Część 12 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV w próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania antygenów SARS-CoV-2, grypy A, grypy B oraz RSV, przeznaczonego do badania próbek wymazu z nosa oraz wymazu z nosogardła.

Pytanie nr 56
Część 52 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57
Część 52 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego służącego do wykrywania pięciu wskazanych dopalaczy w moczu (K2/MDPV/CAT/OXY/MEP)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58
Czy w Części nr 9 Zamawiający wymaga, aby w instrukcji używania (IFU) zaoferowanych pasków testowych znajdowały się informacje dotyczące badanych stężeń substancji interferujących, w szczególności paracetamolu i bilirubiny, które nie wpływają na wynik pomiaru? Zwracamy uwagę, że zgodnie z Załącznikiem I, Rozdział III, pkt 20.4.1 lit. w) oraz ab) Rozporządzenia (UE) 2017/746 (IVDR) informacje o znanych interferencjach i ograniczeniach metody stanowią obligatoryjny element instrukcji używania, dlatego prosimy o

potwierdzenie, że parametry te nie będą potwierdzane wyłącznie odrębnymi oświadczeniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące istotnych substancji interferujących oraz ich wpływu a wynik oznaczenia były zawarte w obowiązującej instrukcji używania producenta oferowanych pasków do glukometru, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji przekazywanych użytkownikowi na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/746.

Pytanie nr 59
Czy w Części nr 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania antygenów SARS-CoV-2, grypy A, grypy B oraz RSV, przeznaczonego do badania próbek wymazu z nosa oraz wymazu z nosogardzieli?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania antygenów SARS-CoV-2, grypy A, grypy B oraz RSV, przeznaczonego do badania próbek wymazu z nosa oraz wymazu z nosogardzieli.

Pytanie nr 60
Czy w Części nr 12 Zamawiający wymaga zaoferowania testu z 3 osobnymi studzienkami i membranami dla każdego rodzaju wykrywanego czynnika etiologicznego (SARS-CoV-2, grypy A/B i RSV)? Takie rozwiązanie wyeliminuje możliwość pomylenia poszczególnych linii testowych ze sobą i błędnej interpretacji wyniku testu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązana oparte zarówno na odrębnych studzienkach/membranach, jak i inne rozwiązania technologiczne, pod warunkiem, że zapewniają jednoznaczny odczyt i interpretację wyniku dla każdego czynnika.

Pytanie nr 61
Czy w Części nr 12 Zamawiający wymaga, aby czułość i swoistość zaoferowanego testu przeznaczonego do wykrywania SARS-CoV-2, grypy A/B i RSV zostały wyznaczone wobec metody PCR? Wyznaczanie takich parametrów w odniesieniu do wyników innego testu nie jest odpowiednią procedurą referencyjną, gdyż każdy test charakteryzuje się określonym, własnym błędem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby czułość i swoistość zostały wyznaczone wyłącznie w odniesieniu do metody PCR.

Pytanie nr 62
Pytanie dot umowy § 6 ust 1 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 5% do 0,5% za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63
Pytanie dot umowy § 6 ust 1 pkt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 5% do 0,5% za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązków wynikających z § 5 ust. 4?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Marta Czerwińska
Elektronicznie podpisany przez Marta Czerwińska
Data: 2026.09.21 11:55:40 +02'00'