Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Bank Gospodarstwa Krajowego: 44 1130 1088 0001 3108 3620 0001
Kapitał zakładowy: 52 mln 715 tys. zł w całości opłacony

NOBLE CERT
PN-EN ISO 9001
CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
CERTYFIKAT 2025/1

Rawicz dnia 22.09.2026 r.

NLO-3820-06/PN/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **: „Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku”**

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
dotyczy część 33 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą 120cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obwód z dodatkową rurą.

Pytanie nr 2
dotyczy część 33 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą 180cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obwód z dodatkową rurą.

Pytanie nr 3
dotyczy część 33 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód bez zatyczki lub z zatyczką dołączoną osobno?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obwód bez zatyczki, ani na zatyczkę dołączoną osobno.

Pytanie nr 4
dotyczy SWZ rozdział V pkt 2 oraz wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści umieszczenie serii i daty ważności produktów na dokumencie WZ dołączonym do każdej dostawy? Faktury wystawiane w KSEF mają ograniczenie odnośnie umieszczania na nich dopisków.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie informacji dotyczących numeru serii i daty ważności dotyczących produktu na dokumencie WZ, pod warunkiem, że informacje te będą jednoznacznie przyporządkowane do poszczególnych pozycji i ilości dostarczanych produktów, oraz dane te będą dostępne w momencie przyjęcia dostawy.

Pytanie nr 5
dotyczy wzoru umowy
Wykonawca prosi w zakresie części 30 i 33, o wydłużenie maksymalnego terminu dostawy zamówienia częściowego wskazanego w §3 ust. 3 z 2 do 5 dni roboczych. Wskazany przez Zamawiającego 2-dniowy termin jest zbyt krótki zaś wkalkulowanie ryzyka z tym związanego

tj. doliczenie do ceny oferty kosztów związanych z ryzykiem naliczenia kar umownych przeczy zasadzie racjonalnego celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Część nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'90 oraz wycenę za opakowanie a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania a 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 7
Część 1 poz. 1
Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 24G o przepływie 18ml/min, 22G o przepływie 33ml/min, 20G(1,1x33mm) o przepływie 55ml/min, 18G o przepływie 85ml/min, 16G (1,8x45mm) o przepływie 200ml/min
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wskazanego produktu. Oferowane kaniule nie spełniają wszystkich wymaganych parametrów.

Pytanie nr 8
Część 1 poz. 1
Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z nazwą producenta bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg umieszczenia nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli.

Pytanie nr 9
Część 1 poz. 6
Proszę o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek zgodnym z opisem:
- wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.
- filtr bakteryjny 0,45 mikrona
- łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie
- pakowany po 25 sztuk
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pytanie nr 10
Część 1 poz. 7
Proszę o dopuszczenie nasadki do transferu leków w dwóch rozmiarach 20mm oraz 13mm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg 3 rozmiarów.

Pytanie nr 11
Część 4 poz. 1-6
Proszę o dopuszczenie masek tlenowych z drenami o długości 200cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12
Część 4 poz. 1-6
Czy Zamawiający wymaga maseczek tlenowych sterylnych.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13
Część 13 poz. 1
Proszę o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozmiarze 0,45x25mm, 0,50x20mm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące rozmiarów.

Pytanie nr 14
Część 13 poz. 1, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie igieł z oznaczeniem kolorystyczny na opakowaniu zbiorczym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg oznaczenia kolorystycznego również na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie nr 15
Część 13 poz. 1
Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta igieł w pozycji 1-4 taki zapis ogranicza znacznie konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16
Część 13 poz. 6
Proszę o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych 20ml z rozszerzeniem do 22ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17
Część 13 poz. 7
Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych, których cylinder wykonany jest z polipropylenu a tłok polietylenu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące materiału z jakiego wykonana jest strzykawka.

Pytanie nr 18
Część 13 poz. 7
Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez skali rozszerzonej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący rozszerzonej skali.

Pytanie nr 19
Część 13 poz. 7
Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z tłokiem w kontrastującym niebieskim kolorze.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20
Część 13 poz. 7.4
Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych 20ml w opakowaniach po 50 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21
Część 13 poz. 7.4
Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych 20ml w opakowaniach po 80 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22
Część 13 poz. 8,10
Proszę o dopuszczenie strzykawek do pomp 50ml z rozszerzeniem do 60ml
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23
Część 13 poz. 8,10
Proszę o dopuszczenie strzykawek do pomp 50ml z dodatkową skalą na tłoku
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący dwustronnej skali pomiarowej.

Pytanie nr 24
Część 13 poz. 8,10
Proszę o dopuszczenie strzykawek do pomp 50ml w opakowaniach po 100 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25
Część 13 poz. 13,14,15
Proszę o dopuszczenie przyrządu bez ftalanów, potwierdzone na każdym opakowaniu jednostkowym za pomocą piktogramów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi opisane w OPZ.

Pytanie nr 26
Część 13 poz. 13,14,15
Proszę o dopuszczenie przyrządu z nazwą producenta bezpośrednio na każdym opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg umieszczenia nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie.

Pytanie nr 27
Część 13 poz. 13,14,15
Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów i leków światłoczułych z logiem identyfikującym wyrób bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.
Odpowiedź: Zaciskacz rolkowy jest częścią przyrządu do przetaczania.

Pytanie nr 28
Część 13 poz. 15
Proszę o dopuszczenie przyrządu, którego komora wykonana jest z bezpiecznego medycznego PVC
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w OPZ, zgodnie z którym oferowany przyrząd jako całość ma być pozbawiony PVC, a spełnienie tego wymogu ma być potwierdzone oświadczeniem producenta.

Pytanie nr 29
Część 13 poz. 15
Proszę o dopuszczenie przyrządu z elastyczną komorą o długości 62mm
Odpowiedź: 62mm mieści się w zapisach OPZ, pod warunkiem, że dotyczy części przeźroczystej. Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący długości komory.

Pytanie nr 30
Część 13 poz. 16,17
Proszę o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o średnicy wew. drenu 1,2 mm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący rozmiaru.

Pytanie nr 31
Część 13 poz. 17
Proszę o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o długości 150cm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący długości drenu.

Pytanie nr 32
Część 13 poz. 18
Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej z 4 paskami RTG
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 4 paski RTG.

Pytanie nr 33
Część 13 poz. 19
Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 34
Część 13 poz. 19
Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 35
Część 13 poz. 19
Prosimy o możliwość przeliczania na opakowania po 100 szt. w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36
Część nr 13 poz. 20
Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego z optyczny i wyczulanym położeniem pozycji o/z.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 37
Część nr 13 poz. 21
Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu bezigłowego z możliwością aktywacji 200 do 7 dni o obojętności wypełnienia 0,09 ml i przepływie 312 ml/min
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący liczby aktywacji oraz przepływu.

Pytanie nr 38
Część 5, poz.2
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75-80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 39
Część 5, poz. 3.1.-3.2.
Czy zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach - średnica 10,5 – 12 cm; Wysokość 22 cm; Otwór 6 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wymiarów.

Pytanie nr 40
Pakiet 5, poz.3.3-3.4
Czy zamawiający dopuści pojemniki o wymaiarach:

Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Średnica górna/dolna [mm]	Średnica otworu wrzutowego [mm]
0,7	120	Owal 100/95	40
0,7	120	95/95	40

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41
dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-6:
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o długości m.in. 2 m? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42
dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3.1:
Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 210 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43
dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3.2:
Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o średnicy pokrywy 167 mm, średnicy podstawy 70 mm i wysokości 155 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący średnicy podstawy 11-12cm.

Pytanie nr 44
dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3.4:
Czy Zamawiający dopuści płaski pojemnik 0,7l o wysokości 123 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45
dotyczy Pakietu nr 10 poz. 17:
Czy Zamawiający dopuści żel typu Aquasonic o pojemności 250 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący gramatury żelu 260g.

Pytanie nr 46
dotyczy Pakietu nr 10 poz. 17:
Czy Zamawiający dopuści żel do USG o poj. 500 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący gramatury żelu 260g.

Pytanie nr 47
dotyczy Pakietu nr 10 poz. 25:
Czy Zamawiający dopuści cewniki Folya z balonami o poniższych pojemnościach? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
CH6 – balon 3ml,
CH8-10 – balon 3-5 ml
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48
dotyczy Pakietu nr 11 poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści worek do zbiorki moczu z komorą Pasteure'a o poniższym opisie?
- worek na mocz o pojemności 2000ml z komorą typu Pasteur'a
- worek z początkową podziałką 25ml, 50ml, 75ml, 100ml, następnie co 100ml od 200mm do 2000mm
- dwa filtry hydrofobowe
- dren o długości 120 cm, odporny na załamania
- zawór dolny poprzeczny, typu T
- zastawka antyrefluksyjna oraz zacisk ślizgowy
- elastyczne sznurki mocujące
- wbudowany wieszak na worek
- możliwość użytkowania przez 14 dni potwierdzone oświadczeniem producenta
- opakowanie typu folia-papier
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49
dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści poniższy przyrząd bezpieczny do przetaczania?
- dwukanałowa igła biorcza, ścięta w dwóch płaszczyznach
- igła wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- igła wyposażona w skrzydełka ułatwiające podłączenie do butelki
- przeciwbakteryjny filtr powietrza tworzy zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH
- zatyczka filtra w kolorze zielonym
- duża komora kroplowa (65 mm w części przezroczystej)
- komora wykonana z materiału SB, wolna od PVC
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/0.1 ml
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC o dł. 180 cm
- filtr cieczy o rozmiarze oczek 8 μm
- w komorze kroplowej filtr hydrofilowy, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory
- koreczek zabezpieczający złącze luer lock wyposażony w filtr hydrofobowy, zatrzymujący wyciek płynu i chroniący przed zanieczyszczeniami
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren i igłę, w kolorze pomarańczowym, z wytłoczoną i nadrukowaną nazwą producenta
- dodatkowe dwa oznaczenia producenta: na komorze i na skrzydełkach
- dodatkowy port iniekcyjny z kołnierzem ochronnym
- opaska stabilizująca dren wewnątrz opakowania
- znacznik sterylizacji na opakowaniu jednostkowym
- nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu)

- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- sterylizowany EO

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu jednego producenta dla pozycji nr 1-4?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 51

dotyczy Pakietu nr 13 poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowanie a'25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 25:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą skalowaną co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 28:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'144 szt. z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

dotyczy Pakietu nr 40 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do próbek o pojemności 60 ml wypełniony 10% formaliną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56

dotyczy Pakietu nr 40 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do próbek o pojemności 150 ml wypełniony 10% formaliną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Część 36 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowe chusteczki z kremem barierowym do mycia i pielęgnacji całego ciała, w tym okolic intymnych, pacjentów obłożnie chorych, którzy z różnych przyczyn i przeciwskazań nie mogą brać kąpieli. Chusteczki nie wymagają aktywacji wodą, spłukiwania ani suszenia. Zawierające: 3% dimetikon, fosfolipidy, glicerynę, o delikatnym i przyjemnym zapachu. Pozbawione alkoholu, lateksu, lanoliny, parabenów. Przebadane dermatologicznie. O neutralnym pH (5,5). Możliwość stosowania również u dzieci między 0-6 miesiącem życia. Możliwość podgrzania w kuchence

mikrofalowej. Wykonane z włókniny o składzie: wiskoza 20% i poliester 80%. Rozmiar 20 cm x 25 cm Gramatura min. 50 g/m2. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie: Typu flow-pack a 50 sztuk z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ dotyczące składu chusteczki.

Pytanie nr 58
Część 36 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowe myjki w formie rękawicy, nawilżone delikatną substancją myjącą, wykonane z wysokogatunkowej włókniny z kremem ochronnym przeznaczone do mycia i pielęgnacji całego ciała pacjentów. Nie wymagające aktywacji wodą, spłukiwania i suszenia, o neutralnym dla skóry pH (5,5). Pozbawione alkoholu, lateksu, parabenów. Zawierające w składzie: 3% dimetikon, glicerynę oraz fosfolipidy, o delikatnym i przyjemnym zapachu. Gramatura włókniny min. 50 gr/m2. Wykonane z włókniny o składzie: wiskoza 20% i poliester 80%. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Możliwość stosowania również u dzieci między 0-6 miesiącem życia. Rozmiar: 15x23 cm. Wyrób medyczny kl. I Opakowanie zabezpieczone zamknięciem strunowym zawierające 10 sztuk rękawic z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ dotyczące gramatury.

Pytanie nr 59
Część 36 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowanie jednorazowy o uniwersalnym rozmiarze czepek do bezwodnego mycia głowy i włosów. Nie wymagający aktywacji wodą ani spłukiwania oraz suszenia. Wykonany z dwóch warstw – zewnętrznej z laminatu oraz wewnętrznej wykonanej z wysokogatunkowej włókniny nasączonej środkiem myjącym. O neutralnym pH (5,5). Zawierające: 3% dimetikon, fosfolipidy, glicerynę,o delikatnym i przyjemnym zapachu. Pozbawione alkoholu, lateksu, lanoliny, parabenów. Przebadane dermatologicznie. Wykonana z włókniny o składzie: wiskoza 20% i poliester 80%, Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Gramatura 50 g/m2. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie a 1 sztuka.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla pozycji 2 części 37 rozwiązania rownoważnego tj. linii pacjenta do badań TK z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa o długości 150cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla pozycji 3 części 37 rozwiązania równoważnego tj. linii pacjenta do badań TK z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa o długości 30cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62
W związku z tożsamą ilością zapotrzebowania dla pozycji 1 i 4 części 37 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania rownoważnego tj. zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego razem składającego się z 12 godzinnego zestawu drenow przeznaczony do wypełniania i wstrzykiwania, do podawania kontrastu dożylnego do tomografii

komputerowej oraz 2x200ml strzykawki przeznaczonej do wielokrotnego użycia przez 12 godzin.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający żąda próbek po 1 sztuce każdej pozycji pakietu 37.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek po 1 sztuce z każdego oferowanego przez Wykonawcę asortymentu (W przypadku gdy asortyment został opisany w kilku rozmiarach Zamawiający wymaga złożenia 1 próbki w dowolnym rozmiarze). Każda dostarczona próbka winna być opisana w języku polskim wraz ze wskazaniem nr pozycji i nr części, której dotyczy.

Pytanie nr 64
Pytanie do części 42 poz. 1.5
Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną o długości 11,5 cm, spełniającą pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący rozmiaru.

Pytanie nr 65
Pytanie do części 42 poz. 1.7
Czy Zamawiający dopuści nożyczki ostro ostre 12,0 cm, spełniające pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący rozmiaru.

Pytanie nr 66
Pytanie do części 42 poz. 1.8
Czy Zamawiający dopuści nożyczki proste 14,0 cm, spełniające pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący rozmiaru.

Pytanie nr 67
Pytanie do części 42 poz. 1.9
Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną o długości 12,0 cm, spełniającą pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Taka jest w opisie.

Pytanie nr 68
Dot. pak. nr 40 poz. nr 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 40ml, wypełnionego 10% neutralną formaliną.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69
Dot. pak. nr 40 poz. nr 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 150ml, wypełnionego 10% neutralną formaliną.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70
Dot. pak. nr 40 poz. nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 600ml, wypełnionego 10% neutralną formaliną.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71
Dot. pak. nr 40 poz. nr 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2500ml, wypełnionego 10% neutralną formaliną.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72
Dot. pak. nr 40 poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie towaru wyłącznie w opakowaniach zbiorczych fabrycznie dostarczanych przez producenta? Taka forma transportu dodatkowo ogranicza ryzyko wycieku formaliny, co w przypadku toksycznej substancji, jaką jest formalina, jest bardzo istotne.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Podpisany elektronicznie przez
Renata Pazoła
22.09.2026
13:17:51 +02'00'