WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO
ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-73PN-2026 **Olsztyn, dnia 15-09-2026r.**

Nazwa zamówieniu publicznego: **Aparatura medyczna**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.j. *Dz. U. z 2026r. poz. nr 793*) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

Pytania część I.

Pytanie 1
Ad. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt., MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT, pkt. 71
Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wysokiej klasy, renomowanego producenta wyposażony w możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonaną w technogii PZT
- zakres częstotliwości pracy min. 2 -9 MHz (+/- 1 MHz)
- ilość elementów: min. 190
- kąt skanowania: min. 55°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną ?
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ która polega na dopuszczeniu do zaoferowania przedmiotów zamówienia o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 2
Ad. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt., POZOSTAŁE , pkt.3
Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku pendrive?
Odpowiedź – Tak.

Pytanie 3
Ad. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt., POZOSTAŁE , pkt.8
Czy Zamawiający zmieni zapis z „Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.” na „Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji, pomijając sytuację w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą zapewniając ciągłość badań.”?
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 4
Ad. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt., POZOSTAŁE , pkt.9
Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mail” na „Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze od zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mail”?

Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu rozwiązania.

Pytanie 5
Ad. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt., POZOSTAŁE , pkt.9
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „reakcja serwisu" kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną? W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę po konsultacji z użytkownikiem aparatu.
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu rozwiązania.

Pytanie 6
Ad. SWZ IV Termin wykonania zamówienia
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia dla Aparatu USG do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy?
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonawcom dostawę urządzenia w określonym w SWZ i umowie terminie, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu stosownym aneksem do umowy.

Pytanie 7
Ad. Załącznik nr 4 Umowa (Projekt), § 6 Kary umowne ust.1c
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 1% na 0,5%?
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 8
Ad. Załącznik nr 4 Umowa (Projekt), § 6 Kary umowne ust.1d
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,5% na 0,25%?
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 9
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt. , pozostałe, pkt 10
Czy Zamawiający zmieni zapis z „W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe." Na „W przypadku, gdy trzykrotna naprawa w okresie gwarancji tej samej części lub elementu nie odniesie rezultatu, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany części lub elementu na nowy."?
Odpowiedź: Po kilku lub kilkunastu wymianach modułów lub części w aparacie może się zdarzyć tak, że w okresie gwarancji aparat będzie funkcjonował rzeczywiście prawidłowo, ale do czasu. Natomiast po upływie okresu gwarancji wcześniejsze awarie tych podzespołów mogą powtarzać się i powodować, że konieczne będą kolejne naprawy, których koszt ponosić będzie Szpital. Wykonawca dysponuje statystykami, które dotyczą awaryjności sprzedawanych przez siebie aparatów i powinien bez komentarzy ww zaaprobować narzucony przez Zamawiającego w SWZ rygor, dając Zamawiającemu poprzez to dowód na to, że oferowany sprzęt jest na najwyższym poziomie technologicznym, że gwarantuje jego bezawaryjną pracę nie tylko w okresie obowiązywania gwarancji producenckiej, ale również po jego upływie. Dlatego podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 10
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2- Aparat USG – 1 szt. , pozostałe, pkt 16
Czy pod pojęciem rocznej/miesięcznej/kwartalnej obsługi serwisowej Zamawiający rozumie wykonanie przeglądu technicznego czy wykonanie przeglądu technicznego wraz z ewentualnym diagnozowaniem uszkodzeń, bez kosztów części zamiennych, które będą dodatkowo wycenione?
Odpowiedź – zakres obejmuje wykonanie przeglądu technicznego czy wykonanie przeglądu technicznego wraz z ewentualnym diagnozowaniem uszkodzeń, bez kosztów części zamiennych

Pytanie 11
Ad. ZAŁĄCZNIK Nr 2 Formularz opisowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w załączniku opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 zapisów dotyczących tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?
Odpowiedź – tak, należy załączyć wyłącznie zakres oferowany z zał. nr 2

Pytania część II.

Zadania nr 1:

1. **Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 – Densytometr - załącznik nr 2 do SWZ**

Pytanie 1 – dotyczy pkt. II.11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby densytometr był wyposażony w cyfrowy detektor wieloelementowy o minimalnej ilości 64 elementów detektora.

Detektor – ilość elementów - to jedna z najistotniejszych cech budowy densytometru medycznego w szczególności odpowiedzialna za rozdzielczość przestrzenną, jakość i dokładność. Większa ilość elementów detektora to również krótszy czas badania, a co za tym idzie mniejsze dawki promieniowania dla pacjenta i personelu. Zaznaczamy, że tak niewielka liczba elementów detektora jaką obecnie wymaga Zamawiający, czyli „min. 16 elementów" jest już przestarzałą technologią, od której odchodzi się w dzisiejszej diagnostyce medycznej. Pozostawienie obecnego zapisu 'min. 16-elementowy' spowoduje ryzyko zakupu przez Zamawiającego urządzenia z technologią starej generacji o niskich parametrach diagnostyczno-użytkowych. Żaden z oferentów, nawet gdyby bardzo chciał, to nie złoży oferty na densytometr o większej liczbie elementów detektora niż wymagane 16, a co za tym idzie nowocześniejszy, szybszy i bardziej zaawansowany diagnostycznie, czyli trochę droższy, ponieważ jedynym kryterium tego postępowania jest cena. Należy zaznaczyć, że już „gorszego" niż 16 elementowy detektor trudno znaleźć, trudno zaoferować, ponieważ główni producenci densytometrów m.in. jak GE, czy też Hologic, DMS obecnie oferują urządzenia o zdecydowanie większej liczbie elementów detektora (np. GE – 64 elementy, Hologic – 216 elementów, DMS - 256 elementów).

W związku z powyższym, aby Zamawiający był pewien, że wszyscy przystępujący to postępowania Oferenci będą musieli złożyć oferty na densytometr „wysokiej klasy o porównywalnych parametrach", prosimy o wymaganie co najmniej 64-elementowego detektora.

Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 2 - dotyczy pkt. III.26

Prosimy o dopuszczenie densytometru, który posiada rozwiązanie przewyższające wymagania określone w OPZ. Proponujemy aparat, który pozwala na analizę nie tylko struktury beleczkowej kości udowej, ale także struktury korowej. Dzięki temu, zespół diagnostyczno-terapeutyczny posiadać może więcej informacji przydatnych w procesie diagnostyki i leczenia, które pozwalają na indywidualizację leczenia. Oprogramowanie jest zintegrowane z oprogramowaniem sterującym zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego.

Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu rozwiązania.

Pytanie 3 – dotyczy pkt III. 27

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające kompleksową ocenę BMD oraz składu ciała, w tym analizę całego ciała z możliwością wyłączenia głowy oraz ocenę masy tłuszczowej, beztłuszczowej, tkanki trzewnej i parametrów metabolicznych, a także ocenę ryzyka złamań, bez konieczności realizacji wszystkich wskazanych funkcji w ramach jednego, ściśle określonego protokołu badania? Oferowane rozwiązanie posiada możliwość kompleksowej analizy BMD i składu ciała, w tym badania całego ciała z głową lub bez głowy oraz oceny m.in. BMI, FMI, masy tłuszczowej i beztłuszczowej. System posiada również narzędzie FRAX do oceny ryzyka złamań. Takie rozwiązanie zapewnia wymagane informacje kliniczne, mimo zastosowania odmiennej organizacji funkcji oprogramowania. Zaznaczamy, że zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego istnieje także możliwość oceny struktury beleczkowej kości biodrowej. Takie badanie wykonuje się w osobnym protokole, jednak bez dodatkowego skanu pacjenta, co prowadzi do oczekiwanej optymalizacji pracy z urządzeniem.

Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu rozwiązania.

Pytanie 4 - dotyczy pkt. IV.32

Czy Zamawiający dopuści aparat, dla którego maksymalna waga pacjenta dopuszczalna do badania wynosi 200 kg**,** zamiast wymaganych minimum 210 kg? Różnica 10 kg nie wpływa na możliwość wykonywania standardowych badań densytometrycznych, natomiast dopuszczenie wartości 200 kg zwiększa konkurencyjność postępowania i umożliwia zaoferowanie urządzeń spełniających co najmniej pozostałe wymagania kliniczne, a często je przewyższają, co ma wpływ na diagnostykę i funkcjonalność stosowania densytometru dla większości badanych pacjentów, w tym dzieci.
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 5 – dotyczy pkt. V.9
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii (telefoniczny lub e-mail).
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu proponowanego w pytaniu czasu.

Pytanie 6 – dotyczy pkt. V. 11
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem postępowania są wysoce specjalistyczny densytometr i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie.
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na odstąpieniu w zad. nr 1 od wymogu.

2. **Dotyczy Projektowane postanowienia umowy– załącznik nr 4 do SWZ**
Pytanie 7 – dotyczy § 3 pkt 11
Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni.
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 8 – dotyczy § 6 pkt 1c)
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 9 – dotyczy § 6 pkt 1d)
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,3% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

3. **Dotyczy SWZ**
Pytanie 10 – dotyczy XIII pkt 3
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w nr ID postępowania i powinno być DZPZ-332-73PN-2026?
Odpowiedź – potwierdza się zaistnienie omyłki pisarskiej. Poprawnie powinno być DZPZ-332-73PN-2026.

Pytania część III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZADANIE 1 – DENSYTOMETR – 1 SZT.

Pytanie 1 Dotyczy OPZ pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat pracujący w technologii wąskiej wiązki wachlarzowej?
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu rozwiązania w aparacie.

Pytanie 2 Dotyczy OPZ pkt. 24
Prosimy o potwierdzenie, że w zapisie o „braku zmiany pozycji pomiędzy kolejnymi skanowaniami” Zamawiający miał na myśli brak zmiany pozycji/ułożenia pacjenta? W przypadku skanowania różnych obszarów ciała nie ma możliwości wykonania badania bez zmiany pozycji ramienia i układu lampa-detektor.
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ. Tak chodzi o brak zmiany pozycji/ułożenia pacjenta

Pytanie 3 Dotyczy OPZ pkt. 25
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał prezentacji wyników pomiarów tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej w postaci masy, objętości i pola powierzchni?
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 4 Dotyczy OPZ pkt. 33
W celu zapewnienia możliwości integracji i transferu danych z serwera Worklist oraz do serwera PACS prosimy o podanie używanych przez Zamawiającego oprogramowania/serwerów i ich dostawców.
Odpowiedź – Worklist – NET RAD NR STORE – CGM Sp. z o.o.; PACS - AGFA
Pytanie 5 Dotyczy OPZ pkt. 39
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w stację sterującą w postaci dedykowanej stacji roboczej Lenovo P360u, wyposażonej w system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ze wsparciem wydłużonym do stycznia 2032roku?
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu rozwiązania.

Dodatkowo prosimy o zgodę na dostarczenie stacji komputerowej z monitorem o przekątnej 23,8”, co jest całkowicie wystarczające do swobodnego i ergonomicznego prowadzenia pracy a jednocześnie nie utrudnia technikowi zachowania bezpośredniego kontaktu wzrokowego z pacjentem.
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu parametru.

Pytanie 6 Dotyczy OPZ Pozostałe pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę instrukcji obsługi wyłącznie w formie cyfrowej w postaci pliku pdf dostarczanego na nośniku USB?
Odpowiedź – Tak.

Pytanie 7 Dotyczy OPZ Pozostałe pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację okresu trwania gwarancji z 30 miesięcy na 24 miesiące?
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na zmianie terminu gwarancji w zad. nr 1 z 30 na 24 miesiące.

Pytanie 8 Dotyczy OPZ Pozostałe pkt. 10
Prosimy Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisu w tym punkcie na następujący: „W przypadku, gdy trzykrotna naprawa tego samego elementu głównego/znaczącego (jak generator HV, lampa RTG, detektor) w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe”.
Patrz odpowiedź ad. Część I pytanie nr 9.
Pytanie 9 Dotyczy OPZ Pozostałe pkt. 11
Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku naprawy przekraczającej 10 dni z uwagi na fakt, że densytometr jest urządzeniem wysoce specjalistycznym działającym w oparciu o promieniowanie jonizujące i do jego użytkowania konieczna jest zgoda ze strony SANEPiD’u. Czas oczekiwania na wydanie zgody na użytkowanie aparatu zastępczego znacząco przekraczałby czas konieczny na wykonanie skutecznej naprawy urządzenia.
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na odstąpieniu od wymogu opisanego w pytaniu.

Pytanie 10 Dotyczy Projekt umowy par. 6 pkt. 1c oraz 1d
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie wysokości procentowej kary za nieterminowe wykonanie dostawy lub naprawy do poziomu 0,2% ceny określonej w umowie za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 11 Dotyczy SWZ Pkt IV. Termin wykonania zamówienia
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni kalendarzowych. Spowodowane jest to faktem, że aparat jest produkowany pod konkretne zamówienie w fabryce producenta znajdującej się w USA i Meksyku, a jego dostawa wiąże się z koniecznością przejścia odprawy celnej, na której czas trwania nie ma wpływu ani producent ani

dostawca. Wydłużenie czasu dostawy spowodowane przedłużonym procesem odprawy celnej (na co dostawca nie ma żadnego realnego wpływu) mogłoby narazić dostawcę na znaczące kary finansowe.
Odpowiedź – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na zmianie terminu z 70 na 80 dni kalendarzowych.

Upoważnia się wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie dokonanych ww modyfikacji przez Zamawiającego.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)
Piotr Wichowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia WSSD