DZP.261.26.2025 – Dostawa urządzeń medycznych (komora laminarna, system HPLC, aparat do mammografii).

Białystok, dnia 01.07.2025 r.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej zamawiającym) informuje, że wpłynęły do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: *(w oparciu o art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych):*

1. ***Dotyczy Załącznik nr 3.3 SWZ, Część 3 zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Aparat do mammografii), pkt 1.7.3*** *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w tym wymaganiu – zakres tomosyntezy opisany został w punkcie 1.7.4.*

   Wyjaśnienie:

   Zamawiający w dniu 27.06.2025 r. zmienił treść SWZ. Patrz wyjaśnienie na zapytanie nr 9 z tego dnia.

2. ***Dotyczy Załącznik nr 3.3 SWZ, Część 3 zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Aparat do mammografii), pkt 1.7.4*** *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w tym wymaganiu – czas skanu tomosyntezy opisany został w punkcie 1.7.3.*

   Wyjaśnienie:

   Zamawiający w dniu 27.06.2025 r. zmienił treść SWZ. Patrz wyjaśnienie na zapytanie nr 8 z tego dnia.

3. ***Dotyczy Załącznik nr 3.3 SWZ, Część 3 zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Aparat do mammografii), pkt 1.8.2.*** *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna za równoważne dostarczenie stanowiska obrazowo – opisowego dla radiologa opartego o system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Windows IoT Enterprise LTSC jest przeznaczony dla urządzeń, w których funkcje i przeznaczenie pozostają niezmienne przez cały okres użytkowania urządzenia. Urządzenia te są zwykle spotykane w branżach profesjonalnych, w tym między innymi w bankowości, opiece zdrowotnej, hotelarstwie, produkcji i handlu detalicznym. System Windows IoT Enterprise LTSC został zaprojektowany z myślą o tych przypadkach użycia. Każdą wersja Windows IoT Enterprise LTSC jest wspierana przez 10 lat a funkcje i funkcjonalności nie zmieniają się w ciągu tego 10-letniego cyklu życia. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.*

   Wyjaśnienie:

   Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. ***Dotyczy Załącznik nr 3.3 SWZ, Część 3 zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Aparat do mammografii), pkt 1.8.3.*** *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w tym wymaganiu – Pamięć operacyjna RAM. min. 32 GB.*

   Wyjaśnienie:

   Jest:

   1.8.3.Pamięć operacyjna RAM min. 32 BG.

   Powinno być:

   1.8.3.Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB.

5. ***Dotyczy Załącznik nr 3.3 SWZ, Część 3 zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Aparat do mammografii) dot. zdalnej diagnostyki****:*

a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

Podkreślenia wymaga fakt, że z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, gdzie zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe, a nasze systemy medyczne wyposażone są w mechanizmy alarmowe wobec naszego serwisu, które nie działają przy połączeniu innym niż wymienione, jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa z naszej strony.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2 Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP oraz urządzeniem sieciowym umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site.

b) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

Wyjaśnienie:

Patrz wyjaśnienie pkt a).

c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie:

Patrz wyjaśnienie pkt a).

d) W razie potrzeby otrzymania listy danych personalnych osób ze strony Zamawiającego, które miałyby korzystać ze zdalnej diagnostyki po stronie Wykonawcy, prosimy o rozpatrzenie poniższej kwestii.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.