WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 10 września 2026 r.
Znak sprawy: BOU-V.272.61.2026
11063938.37369223.38250177
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa mobilnego urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji, wykrywania śladowych ilości narkotyków, środków odurzających, dopalaczy i materiałów wybuchowych z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm., zwaną dalej pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Zamawiający przekazuje treść pytań otrzymanych w dniu 04.09.2026 r. bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści, bądź wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało zintegrowany system kolorymetrii wbudowany bezpośrednio w oprogramowanie/sprzęt, pozwalający na rejestrację i automatyczną analizę śladowych ilości narkotyków oraz substancji odurzających z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych testów/wskaźników kolorymetrycznych?

Uzasadnienie: Wprowadzenie zintegrowanej analizy kolorymetrycznej znacząco zwiększa wszechstronność urządzenia w warunkach terenowych przy badaniu próbek o minimalnej masie/stężeniu.

Odpowiedź

Kontakt:
telefon: (+48) 22 695 60 61
adres e-mail: bou@mazowieckie.pl
strona www: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Adresy do doręczeń:
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
e-doręczenia: AE:PL-96129-72086-CJUVW-29

Zamawiający nie wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało zintegrowany system kolorymetrii wbudowany bezpośrednio w oprogramowanie/sprzęt, pozwalający na rejestrację i automatyczną analizę śladowych ilości narkotyków oraz substancji odurzających z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych testów/wskaźników kolorymetrycznych**.** Zaproponowane rozwiązanie nie stanowi minimalnego wymogu Zamawiającego, określonego w OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuści zaproponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 2

Czy mając na uwadze konieczność precyzyjnej identyfikacji szerokiego spektrum substancji (w tym nowoczesnych dopalaczy i mieszanin), Zamawiający zmodyfikuje zapis pkt 10 OPZ poprzez podwyższenie wymagań odnośnie zakresu spektralnego z obecnego 300 cm^{-1} – 2000 cm^{-1} na szeroki zakres wynoszący co najmniej 176 cm^{-1} – 2500 cm^{-1}?

Uzasadnienie: Szerszy zakres spektralny pozwala na rejestrację znacznie większej liczby charakterystycznych pasm drgań cząsteczkowych, co bezpośrednio przekłada się na wyższą skuteczność i pewność identyfikacji nieznanych substancji.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w pkt 10 OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tj. zaoferowanie zakresu spektralnego co najmniej 176 cm^{-1} – 2500 cm^{-1}, z zastrzeżeniem, że nie będzie to dodatkowo punktowane w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający, z uwagi na dynamicznie rosnącą liczbę nowych substancji psychoaktywnych (NPS) oraz związków chemicznych stanowiących zagrożenie, rozszerzy wymaganie, aby fabryczna biblioteka widm dostarczana z urządzeniem zawierała nie mniej niż 25 000 (lub 28 000) różnych substancji i związków chemicznych?

Uzasadnienie: Obecny wymóg minimum 12 000 widm jest niewystarczający w odniesieniu do obecnych standardów rynkowych, gdzie dedykowane urządzenia mobilne dysponują bazami rzędu 28 000 pozycji, co drastycznie ogranicza ryzyko niezaalokowania wykrytej próbki.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu OPZ, poprzez rozszerzenie minimalnych wymagań dotyczących biblioteki urządzenia, tj., aby fabryczna biblioteka widm dostarczana z urządzeniem zawierała nie mniej niż 25 000 (lub 28 000) różnych substancji i związków chemicznych. Zamawiający podtrzymuje minimalny wymóg określony w OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści / wymaga, aby poza transmisją WiFi i interfejsem USB, urządzenie posiadało możliwość bezpośredniego zapisu i eksportu wyników analiz oraz raportów na zewnętrzny nośnik pamięci typu Flash (pendrive USB) bezpośrednio z poziomu interfejsu aparatu?

Uzasadnienie: Funkcja ta umożliwia szybkie i bezpieczne pobieranie raportów w warunkach polowych bez konieczności zestawiania połączeń sieciowych lub podłączania dedykowanego komputera.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby poza transmisją WiFi i interfejsem USB, urządzenie posiadało możliwość bezpośredniego zapisu i eksportu wyników analiz oraz raportów na zewnętrzny nośnik pamięci typu Flash (pendrive USB) bezpośrednio z poziomu interfejsu aparatu. Zgodnie z OPZ minimalny wymóg to możliwość przesyłania wyników przez USB, WiFi. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dokona zmiany w pkt 16 OPZ i zwiększy wymagane maksymalne opóźnienie rozpoczęcia pomiaru z minimum 2 minut do minimum 10 minut?

Uzasadnienie: W przypadku badania materiałów wybuchowych lub wysoce niestabilnych substancji chemicznych opóźnienie wynoszące zaledwie 2 minuty może okazać się niewystarczające do ewakuacji operatora na bezpieczną odległość lub podjęcia odpowiednich kroków osłonowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu OPZ dotyczącego czasu opóźnienia pomiaru poprzez zwiększenie wymaganego maksymalnego opóźnienia rozpoczęcia pomiaru z minimum 2 minut do minimum 10 minut. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego rozwiązania, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga, aby wbudowana kamera rejestrująca materiał dowodowy była wyposażona w aktywną funkcję doświetlenia (flesz / lampę błyskową)?

Uzasadnienie: Prowadzenie czynności kontrolnych na przejściach granicznych lub w porze nocnej często odbywa się w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Brak dedykowanego doświetlenia próbek uniemożliwia wykonanie czytelnego zdjęcia dowodowego w dokumentacji procesowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby wbudowana kamera rejestrująca materiał dowodowy była wyposażona w aktywną funkcję doświetlenia (flesz / lampę błyskową). Zaproponowane rozwiązanie nie stanowi minimalnego wymogu Zamawiającego, określonego w OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego rozwiązania, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie spełniało wymogi normy odpornościowej w zakresie najnowszej i najbardziej rygorystycznej rewizji standardu MIL-STD-810, tj. MIL-STD-810H?

Uzasadnienie: Norma MIL-STD-810G podana w OPZ jest wersją starszą. Najnowsza rewizja "H" definiuje bardziej zaawansowane kryteria odporności na upadki, wstrząsy i czynniki środowiskowe.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ i nie wymaga normy MIL-STD 810H. Zaproponowane rozwiązanie nie stanowi minimalnego wymogu Zamawiającego, określonego w OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego

rozwiązania, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 8

Czy w ramach ukompletowania i przystawek pomiarowych (pkt 26 OPZ) Zamawiający wymaga dostarczenia rozszerzonego zestawu specjalistycznych adapterów próbkujących, obejmującego m.in.:

- sondę zanurzeniową (do bezpośredniej analizy cieczy w zbiornikach),
- adapter kątowy,
- adapter do butelek,
- adapter do fiolek,
- adapter rozpraszający/zmniejszający gęstość mocy lasera (przeznaczony do bezpiecznego badania próbek wrażliwych termicznie / grożących zapłonem/detonacją)?

Uzasadnienie: Podstawowy zestaw przystawek ogranicza zakres operacyjny. Dedykowane przystawki rozpraszające wiązkę lasera są kluczowym elementem bezpieczeństwa przy pracy z substancjami łatwopalnymi i materiałami wybuchowymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia rozszerzenia zestawu specjalistycznych adapterów próbkujących, obejmującego m.in.: • sondę zanurzeniową (do bezpośredniej analizy cieczy w zbiornikach), • adapter kątowy, • adapter do butelek, • adapter do fiolek, • adapter rozpraszający/zmniejszający gęstość mocy lasera (przeznaczony do bezpiecznego badania próbek wrażliwych termicznie / grożących zapłonem/detonacją). Zaproponowane rozwiązanie nie stanowi minimalnego wymogu Zamawiającego, określonego w OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego rozwiązania, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako ukompletowanie dodatkowe, które nie będzie dodatkowo punktowane w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie aparatu umożliwiało wykonywanie pomiaru przez opakowania (pkt 5 OPZ) z wykorzystaniem zaawansowanej funkcji matematycznej rejestracji własnego widma tła/opakowania, a następnie automatycznego odejmowania tego widma od wyniku końcowego w celu zwiększenia precyzji identyfikacji samej substancji badanej?

Uzasadnienie: Opakowania o złożonym składzie chemicznym często zniekształcają odczyt ramanowski. Algorytm rejestracji i odejmowania widma opakowania usuwa zakłócenia i eliminuje ryzyko błędnej identyfikacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie aparatu umożliwiało wykonywanie pomiaru przez opakowania (pkt 5 OPZ) z wykorzystaniem zaawansowanej funkcji matematycznej rejestracji własnego widma tła/opakowania, a następnie automatycznego odejmowania tego widma od wyniku końcowego w celu zwiększenia precyzji identyfikacji samej substancji badanej. Zamawiający podtrzymuje minimalny parametr i funkcjonalność określoną w OPZ, tj. pomiar musi odbywać się poprzez przezroczyste opakowania (plastik, szkło), bez konieczności och otwierania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że będzie uznane jako funkcja dodatkowa, która nie będzie dodatkowo punktowana w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 10

Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie (lub oprogramowanie z nim dostarczane) posiadało natywną możliwość integracji z bazą/systemem wspomagania decyzji HazMaster G3 (lub równoważną bazą niebezpiecznych związków o zasobie co najmniej 160 000 substancji), pozwalającą na symulację i analizę łączenia/mieszania związków chemicznych pod kątem tworzenia prekursorów, materiałów wybuchowych czy tzw. dopalaczy?

Uzasadnienie: Integracja z kompleksowym systemem informacyjnym pozwala funkcjonariuszom na natychmiastową ocenę, czy dwie niepozorne, legalne substancje zmieszane razem nie tworzą niebezpiecznego materiału wybuchowego lub prekursorów narkotykowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie (lub oprogramowanie z nim dostarczane) posiadało natywną możliwość integracji z bazą/systemem wspomagania decyzji HazMaster G3 (lub równoważną bazą niebezpiecznych związków o zasobie co najmniej 160 000 substancji), pozwalającą na symulację i analizę łączenia/mieszania związków chemicznych pod kątem tworzenia prekursorów, materiałów wybuchowych czy tzw. dopalaczy. Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalności i wymagań określonych w OPZ.

Udzielone wyjaśnienia mają moc wiążącą i stanowią integralną część dokumentacji zamówienia.

Z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego
Lilianna Milewska
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Urzędu
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/Przetwarzanie-danych-osobowych, w zakładce „O urzędzie” – „Przetwarzanie Danych Osobowych”.