Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

OA-Z.272.103.2026 Bielsko-Biała, 28.08.2026

Do wszystkich Uczestników

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2026 r. poz.793 ze zm.)

W oparciu o art. 284 ust. 2 Ustawy Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 Zamawiający udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Dotyczy umowy (§ 5 ust. 2 pkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w poniższym zakresie:

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 2 pkt. b wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ b. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy”.

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy dla części nr 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dla części nr 2 i 3 postępowania do 20 dni roboczych od daty jej zgłoszenia?
Uzasadnienie: Umowa wiąże z bezskutecznym upływem terminu skutek materialnoprawny w postaci uznania reklamacji, a więc utraty przez Wykonawcę możliwości merytorycznego zakwestionowania zgłoszenia. Termin na rozpatrzenie reklamacji musi zatem być realny. Rzetelne rozpatrzenie reklamacji dotyczącej jakości odczynnika lub podłoża wymaga zwrotu lub oględzin kwestionowanej partii, weryfikacji dokumentacji serii oraz – w przypadku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
ul. Broniewskiego 21 | 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 00 12
adres e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-58749-44942-JJWDB-11

towarów pochodzących od producentów zagranicznych – uzyskania stanowiska producenta, co przy trzydniowym terminie jest w praktyce niewykonalne. Biorąc pod uwagę czas na rozpatrzenie reklamacji stosowany przez producenta towarów wyspecyfikowanych w części 2 i 3 zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji dla tych części do 20 dni roboczych od jej zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 7 dni roboczych – dotyczy wszystkich części postępowania.

Zamawiający modyfikuje treść § 3 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi Wykonawcy w powyższym terminie uznaje się za uwzględnienie reklamacji".

Pytanie nr 3:
Dotyczy § 2 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie minimalnej wartości jednorazowego zamówienia częściowego (np. 500 zł netto) albo dopuści łączenie zamówień w jedną dostawę? Cena ryczałtowa obejmuje koszty transportu opakowania (§ 4 ust. 6) skalkulowane przy założeniu racjonalnej wielkości dostaw. Nieograniczone prawo składania zamówień o dowolnie małym zakresie uniemożliwia rzetelną kalkulację ceny.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 14 dni roboczych? Termin 7 dni roboczych jest niewykonalny dla pozycji sprowadzanych z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 10 dni roboczych.

Zamawiający modyfikuje treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone wady w terminie 10 dni roboczych od momentu uwzględnienia reklamacji o wadach dostarczonego towaru.".

Pytanie nr 5:

Dotyczy § 3 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do treści tego zapisu umowy dodatkowego zdania: „Jeżeli jednak Wykonawca zapewni Zamawiającego o dostarczeniu przedmiotu

zamówienia w tym samym terminie co Wykonawca zastępczy, to Zamawiający nie będzie mógł się temu sprzeciwić."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:
Dotyczy § 5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymiaru kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie towaru albo opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową do 0,1% wartości netto towaru, w stosunku do którego nastąpiła zwłoka w dostawie, opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową za każdy dzień opóźnienia?
Kara umowna powinna mieć charakter kompensacyjny, nie zaś represyjny. Proponowana stawka 0,1% wartości brutto wciąż spełnia funkcję dyscyplinującą wykonawców, a jednocześnie lepiej odpowiada zasadzie proporcjonalności i praktyce stosowanej w zamówieniach publicznych. Pierwotna stawka wskazana przez Zamawiającego stanowi nadmierne ryzyko dla wykonawców, które będzie musiało zostać skalkulowane w proponowanej cenie. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zmniejszenie kary umownej może skłonić większą liczbę wykonawców do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, co korzystnie wpłynie na konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 oraz 2 produktów konfekcjonowanych w opakowaniach po 150 sztuk, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wymaganych ilości i ich zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań w kolumnie E Formularza cenowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PODPIS ZAUFANY
KRZYSZTOF
SZPAK
28.08.2026 12:01:43 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Pytanie nr 9:
Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie agaru o poniższym składzie?
Typical Formulation:
Beef Extract 5.0 g/L
Enzymatic Digest of Casein 2.5 g/L
Enzymatic Digest of Animal Tissue 2.5 g/L
Lactose 10.0 g/L
Bile Salts 8.5 g/L
Sodium Citrate 8.5 g/L
Sodium Thiosulfate 8.5 g/L
Ferric Citrate 1.0 g/L
Brilliant Green 0.00033 g/L
Neutral Red 0.025 g/L
Agar 13.5 g/L
Final pH: 7.0 ± 0.2 at 25°C

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:
Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic konserwowanych azydkiem sodu (NaN3)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Krzysztof Szpak
Kierownik Oddziału Administracji
/dokument podpisany elektronicznie/